

ПАСПОРТ

5ШО.283.090 ПС

**МАНОМЕТРЫ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ,
МАНОВАКУУММЕТРЫ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ**

№ прибора 014

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1. Обозначение прибора и пределы измерений

	МОШ1-100	МВОШ1-100
кПа		
МПа		
kgf/cm ²	2,5	

- 1.2. Класс точности 1,5
1.3. Резьба присоединительного штуцера М20х1,5
1.4. Размер квадрата под ключ, мм 17х17
1.5. Масса, кг, не более 0,85


2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во	Примечание
1. Прибор	1	
2. Паспорт	1	
3. Техническое описание и инструкция по эксплуатации	1	Количество экземпляров документации в соответствии с заказ-нарядом

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прибор соответствует требованиям ГОСТ 2405-80 и ТУ 25-02.181071-78 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска 2022-03
Представитель ОТК _____



4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода прибора в эксплуатацию при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортирования, монтажа согласно ГОСТ 2405-80 и ТУ 25-02.181071-78.

Примечание: Периодическая поверка приборов в процессе эксплуатации должна проводиться в соответствии с МИ 925-85.